



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Акционерное общество "СМОЛЕНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО СИСТЕМ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ". Место нахождения: 214020, Россия, Смоленская область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 97, ОГРН: 1026701429655, Номер телефона: +7 4812313101, Адрес электронной почты: office@sktb-spu.ru

В лице: Генеральный директор Астафьева Ольга Александровна

заявляет, что Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, артикул: ТСО-1/80 СПУ, описание продукции: Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 05.06.2026.

Изготовитель: Акционерное общество "СМОЛЕНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО СИСТЕМ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ", Место нахождения: 214020, Россия, Смоленская область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 97, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 214020, Россия, Смоленская область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 97

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 9452-004-00141798-2000

«Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8419899890

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола ИЛО1/26/3105 выдан 10.07.2026 испытательной лабораторией "испытательная лаборатория ООО «ДИАЛОГ», аттестат аккредитации РОСС RU.33218.04ЭТНО.ИЛО1"; ИЛО1/26/3106 выдан 10.07.2026 испытательной лабораторией "испытательная лаборатория ООО «ДИАЛОГ», аттестат аккредитации РОСС RU.33218.04ЭТНО.ИЛО1"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.007.0-75, "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.6.1-2013, "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний", раздел 8; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.6.3-2013, "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний", разделы 4, 6-9; Условия и сроки хранения: Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.07.2031 включительно



(Подпись)

Астафьева Ольга Александровна

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.89620/26

Дата регистрации декларации о соответствии: 10.07.2026